

SPECYFIKACJA TECHNICZNA lampy czołowej laryngologicznej

1. Nazwa i typ, model:
2. Producent:
3. Rok produkcji:

Nazwa aparatury i wymagane parametry (wymagania graniczne)		Wymaganie minimalne	Odpowiedź TAK / NIE oraz wartości oferowane
Oferowana lampa laryngologiczna musi być fabrycznie nowa, rok prod. min. 2019 r., o parametrach i funkcjach wymienionych w niniejszej specyfikacji technicznej. Wyklucza się dostawę aparatury, która była wykorzystywana do demonstracji (pokazu) lub będący uprzednio w leasingu.		Tak	
Konfiguracja (parametry techniczne) i wyposażenie:			
L/p	Wyszczególnienie	Wymagane parametry	Opis spełniania wymagań
1	Lampa czołowa, bezprzewodowa LED z akumulatorem na czepcu.	Tak	
2	Czepiec z regulacją obwodu i głębokości.	Tak	
3	Akumulator Li-Ion: min. 700 mAh.	Tak	
4	Dystans pracy w przedziale min. 20 - 60 cm.	Tak	
5	Średnica plamki światła zależna od dystansu min. 8 - 115 mm.	Tak	
6	Czas pracy min. 3,5 godziny.	Tak	
7	Temperatura barwowa żarówki - ciepła (2.700° K – 3.000° K).	Tak	
8	Ciężar lampy z akumulatorami max. 350 g.	Tak	
9	Ładowarka sieciowa.	Tak	

.....
(data, podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)